
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker : Kuhner)
หมายเลขครุภัณฑ์ อก.4 1-1/45
ภาพประกอบ



รายละเอียด สำหรับใช้ในงานเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะควบคุม โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 10 – 50 องศาเซลเซียส และเขย่าได้ 0-300 รอบต่อนาที
ที่ตั้ง 1-316
ผู้ดูแล 1 เสถียร บุญก้า โทร. 48279,48288
ผู้ดูแล 2 -