

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ยี่ห้อ Labconco รุ่น Freezone 4.5
หมายเลขครุภัณฑ์ อก.7 1-1/44 FA1005256
ภาพประกอบ



รายละเอียด ใช้อบแห้งตัวอย่างด้วยระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยเครื่องสามารถทำอุณหภูมิต่ำได้ถึง -40 องศาเซลเซียส ความดัน 0.133 mbar *ใช้กับตัวอย่างเกรดอาหารเท่านั้น
ที่ตั้ง 3-221
ผู้ดูแล 1 อัจฉรา เทียมักดี โทร. 48248
ผู้ดูแล 2 -