

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์	ตู้อบลมร้อน (Hot Air ; NUVE FN500)
หมายเลขครุภัณฑ์	ร540001 FA1188175
ภาพประกอบ	- ไม่มีภาพประกอบ -
รายละเอียด ที่ตั้ง	สำหรับใช้ในงานบ่มเลี้ยงเชื้อ หรือบ่มตัวอย่างทดลอง ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง จนถึง 150 องศาเซลเซียส (ไม่เหมาะกับการใช้ในงานอบแห้งหรืออบไล่ความชื้น)
ผู้ดูแล 1	เสถียร บุญเก่า โทร. 48279,48288
ผู้ดูแล 2	-