
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงพร้อมอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณสารพันธุกรรม Analytikjena รุ่น SPECORD50PLUS

หมายเลขครุภัณฑ์ 2563

ภาพประกอบ



รายละเอียด เป็นเครื่องวัดปริมาณกรดนิวคลีอิก และโปรตีนด้วยค่าการดูดกลืนแสง แบบการใช้ Cuvette และแบบการหยดสารของสารละลายตัวอย่าง สามารถวัดปริมาณได้จากสารตัวอย่างที่มีปริมาตรต่ำอย่างน้อย 1 ไมโครลิตร ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 ถึง 1100 นาโนเมตร

ที่ตั้ง 1-316

ผู้ดูแล 1 เสถียร บุญเก่า โทร. 48279,48288

ผู้ดูแล 2 -