
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อครุภัณฑ์ High-Performance Liquid Chromatography : HPLC (SHIMADZU)

หมายเลขครุภัณฑ์ 13.6630.018.0056 #490001 FA1087689

ภาพประกอบ



รายละเอียด ประกอบด้วย detector จำนวน 2 ชนิด 1. RID detector (Refractive index detector) และ 2. UV detector และชุด Pump ดูดจ่ายสารละลายเป็นแบบ Isocratic pump ผู้ที่ต้องการใช้บริการเครื่องมือจะต้องนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ให้มีเวลาวางตรงกันในการเตรียมหรือประกอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน (เพื่อความแม่นยำในการควบคุมและพร้อมสำหรับการใช้งานจะต้องเตรียมเครื่องมือก่อนการใช้งานอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจะต้องล้างเครื่องก่อนการหยุดทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง)

ที่ตั้ง 1-403

ผู้ดูแล 1 เสถียร บุญเก่า โทร. 48279,48288

ผู้ดูแล 2 -